

別紙 1

調達物品に備えるべき要件

1 調達物品及び構成内容

【SBI ファーマ株】

内視鏡用光源装置 Aladuck405 1 式（内訳は、別紙 2 参照）
上記装置の搬入・据付・配線・調整等及び標準付属品の一式を含む。
（二次工事が必要な場合には、その費用も含める。）

2 入札に関する基本要件

(1) 障害支援体制

障害時において、早急な復旧を可能にするサービス体制が整っていること。

(2) 設置条件

- ア 本契約に伴う作業（搬入及び据付調整等をいう）を行うこと。
- イ 本仕様書に示した各機器が適正に作動するために必要なケーブル・コネクタ等は全て本契約に含めること。
- ウ 本仕様書に示した各機器が適正に作動するために必要な他装置とのソフトウェアインターフェースは本契約に含めること。
- エ 本契約書に示した各機器が適正に作動するために必要な周辺機器との接続費用等は全て本契約に含めること。
- オ 搬入・据付調整作業等に際しては十分に養生を行うこと。

(3) 保守体制

- ア 通常の使用で発生した修理及び定期的点検を実施できる体制であること。
- イ 主要機器の無償保証期間は検収完了日の翌日より 1 年とし、期間中に生じたトラブルは充分把握し期間終了前に完全な機能の状態とすること。尚、期間中の故障状況はその都度報告承諾を受けること。

(4) その他

- ア 入札機器は、入札時点で製品化されていること。
- イ 入札機器のうち医療用具に関して、入札時点で薬事法に定められている製品の承認を得ていること。
- ウ 落札から納入までの間に装置の仕様変更やソフトウェアのバージョンアップがあった場合は、当院と協議の上、最新の仕様にて引き渡すこと。
- エ 装置の取り扱いに関し、当院の取り扱い担当者に対して教育訓練を行うこと。
- オ 操作マニュアルは、最低 2 部以上を提供すること。
- カ 必要に応じて、保健所等に提出する申請書類の作成及び支援等を行なうこと。
- キ その他、当仕様書に記載のない事項については、担当者との協議に応ずること。